

ZAGROŻENIA I DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

W przypadku nieprawidłowego postępowania medyczne produkty uciskowe mogą powodować martwicę skóry i uszkodzenia uciskowe nerwów obwodowych. W przypadku wrażliwej skóry pod produktami uciskowymi mogą występować świąd, złuszczenie i objawy stanu zapalnego, dlatego zalecana jest odpowiednia pielęgnacja skóry pod produktami uciskowymi.